

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

LABORATORIO VETERINARIO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

1 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI STRUTTURALI

LABVET.AU.1.0	I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia delle prestazioni erogate		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LABVET.AU.1.1	La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:				
LABVET.AU.1.1.1	- Locale per l'accettazione dei campioni		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LABVET.AU.1.1.2	- Locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LABVET.AU.1.1.3	- Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LABVET.AU.1.1.4	- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

LABORATORIO VETERINARIO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

1 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI STRUTTURALI

LABVET.AU.1.1.5	- Servizi igienici		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
-----------------	--------------------	--	--	--	--

2 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI TECNOLOGICI

LABVET.AU.2.1	La dotazione minima impiantistica rivista deve essere				
LABVET.AU.2.1.1	- Una adeguata illuminazione e ventilazione nella sala d'attesa e nei locali operativi		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LABVET.AU.2.1.2	- Impianto idrico		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LABVET.AU.2.1.3	- Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

3 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI ORGANIZZATIVI

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

LABORATORIO VETERINARIO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

3 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI ORGANIZZATIVI

LABVET.AU.3.1	Il laboratorio dispone di procedure scritte delle analisi effettuate, in cui sono indicati i protocolli operativi e le modalità di esecuzione, assicurando inoltre la conformità dei reagenti, delle strumentazioni e dei protocolli utilizzati		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LABVET.AU.3.2	Esiste un sistema codificato di controllo interno di qualità e tali controlli di qualità sono disponibili per almeno un anno.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LABVET.AU.3.3	I requisiti di qualità vengono assicurati da una verifica almeno annuale certificata da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e tali dati sono conservati per almeno 3 anni		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LABVET.AU.3.4	Il laboratorio dispone di una procedura scritta sulle modalità di prelievo, conservazione, invio ed accettazione dei campioni.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LABVET.AU.3.5	111 risultati delle analisi effettuate sono disponibile per almeno 1 anno ed inoltre esiste un procedura che assicura la identificazione e rintracciabilità dei campioni e dei relativi risultati analitici		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LABVET.AU.3.6	Il laboratorio dispone di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

LABORATORIO VETERINARIO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

3 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI ORGANIZZATIVI

LABVET.AU.3.7	I reagenti utilizzati sono chiaramente identificati, mantenuti in corrette condizioni di conservazione ed utilizzati prima della data di scadenza		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
---------------	---	--	--	--	--

LABVET.AU.3.8	Le strumentazioni utilizzate sono correttamente calibrate/tarate e sottoposte a periodica manutenzione		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
---------------	--	--	--	--	--

4 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI IMPIANTISTICI

LABVET.AU.4.1	La struttura fornisce le seguenti indicazioni:				
---------------	--	--	--	--	--

LABVET.AU.4.1.1	- Affissione dell'orario di apertura e numero di telefono della struttura		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
-----------------	---	--	--	--	--

LABVET.AU.4.1.2	- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
-----------------	---	--	--	--	--

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

LABORATORIO VETERINARIO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

4 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI IMPIANTISTICI

LABVET.AU.4.1.3	- Identificazione e comunicazione all'utenza della tipologia di analisi effettuate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
-----------------	--	--	--	--

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni